

 UNIVERSITAS INABA	DOKUMEN LEVEL <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Kode: INABA/SOP-5 NON.AKD-47
JUDUL Perawatan dan Perbaikan Laboratorium dan Studio		Tanggal: November 2022
AREA Bagian Laboratorium terpadu		Revisi: -

I. Tujuan

SOP ini disusun sebagai pedoman bagi Bagian Laboratorium terpadu dalam melaksanakan Perawatan Serta Perbaikan Laboratorium dan Studio di Universitas INABA

II. Ruang Lingkup

Perawatan laboratorium mencakup semua aspek untuk menjaga peralatan, ruangan, dan lingkungan laboratorium agar tetap berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai dengan kebutuhan.

III. Definisi/Deskripsi

Laboratorium Terpadu adalah sebuah unit di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas laboratorium untuk berbagai kegiatan, seperti penelitian, praktikum, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan tujuan mendukung proses pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan

Laboratorium dan Studio merupakan fasilitas akademik yang dimanfaatkan oleh mahasiswa dan/atau dosen untuk kegiatan praktikum dan penelitian.

Perawatan laboratorium/Studio Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kondisi peralatan laboratorium/Studio agar tetap optimal, berfungsi dengan baik, dan aman digunakan. Kegiatan ini mencakup berbagai aspek, seperti pembersihan, pengecekan, kalibrasi, penyimpanan, dan perbaikan jika diperlukan

IV. Prosedur

1. Bagian Laboratorium Terpadu Melakukan pengecekan peralatan dan fasilitas pada laboratorium/Studio secara periodik
2. Bagian Laboratorium Terpadu mengisi form kondisi peralatan & fasilitas laboratorium/studio
3. Jika terdapat kerusakan Bagian Laboratorium Terpadu mengisi form kerusakan barang dan mengajukan perbaikan/penggantian ke bagian umum
4. Bagian Laboratorium terpadu Melakukan perawatan secara berkala

V. Referensi

Statuta Universitas INABA
Standar Universitas INABA

TIM Pembuat



**Bagian Laboratorium
terpadu**

TIM Pemeriksa



Ketua SPM

Yang Mengesahkan



Rektor

FLOWCHART PERAWATAN DAN PERBAIKAN LABORATORIUM DAN STUDIO

No	Kegiatan	Pihak Terkait		Dokumen	Waktu
		Bagian Laboratorium terpadu	Bagian Umum		
1	Bagian Laboratorium Terpadu Melakukan pengecekan peralatan dan fasilitas pada laboratorium/Studio secara periodik			Form Pengecekan barang	1-3 hari
2	Bagian Laboratorium Terpadu mengisi form kondisi peralatan & fasilitas laboratorium/studio			form kondisi peralatan & fasilitas	1-3 hari
3	Jika terdapat kerusakan Bagian Laboratorium Terpadu mengisi form kerusakan barang dan mengajukan perbaikan/penggantian ke bagian umum			form kerusakan barang	1 hari
4	Bagian Laboratorium terpadu Melakukan perawatan secara berkala			Form Perawatan	1-7 hari